

Таблица № 3 / Для измерения основных параметров /

Поряд- ковый №	П а р а м е т р	Схема связи /черт. №/	Условия измерения	Норма	Угол показаний
1	2	3	4	5	6
1.	Выходное напряжение /диапазон регулиро- вания/	черт. № 5	от 0,1 В до 15 В от 0,1 В до 30 В		Цифровой вольт- метр / ЦВ- / по- стоянного на- пряжения
2.	Выходной ток / диа- зон регулирования/	черт. № 6	от 0,05 А до 5 А от 0,05 А до 2,5 А		
3.	Необходимость выхо- дного напряжения вход- ного напряжения вход- ного сетевого напря- жения питания				

от 187 до 242 В

черт. № 7
